

平成２９年度原子力発電所周辺環境放射能測定結果報告書

（第３四半期）の修正について

下桶売局（いわき市）に設置されている感雨雪計について、基板の故障により平成２９年１０月２２日以降、正常な測定が行われていなかったことが判明したことから、平成２９年度第３四半期の下桶売局の感雨雪データを修正します。

○修正内容

下桶売局の感雨雪データについて、平成２９年１０月２２日から平成２９年１２月３１日までを欠測とします。

原子力発電所周辺環境放射能測定結果（平成29年度 第3四半期）
グラフ集（3ページ）

【変更後】

福島県環境放射線センター

空間線量率の変動グラフ

3 いわき市下桶売


(nGy/h)

(感雨雪)

無

有

— 低線量率(NaI)
— 高線量率(IC)
— 感雨雪



* 1 感雨雪計故障により感雨雪欠測
* 2 12月26日は検出器点検のため欠測

【変更前】

福島県環境放射線センター

(感雨雪)


無

有

空間線量率の変動グラフ

3 いわき市下桶売

(nGy/h)



* 1 12月26日は検出器点検のため欠測

— 低線量率 (NaI)

— 高線量率 (IC)

— 感雨雪